



Hemera E105

使用手冊



目錄

1. 系統組件介紹	3
2. 安裝設置	3
3. 安全警告	5
4. 客戶服務	5

1. 系統組件介紹：(電源線電壓輸入 100 ~ 240 VAC)



2. 安裝設置：

先將主機連接線對接至控盒，再將電源供應器連接到一端連到控盒的電源接口，另一端則連接電源插座，並啟動位於控盒前面板的”電源開關”。



※請確保直流電源必須是隨貨提供的電源，否則可能會損壞光源並使保修失效。

照射頭功能簡介：



濾片(選配件)安裝方式：



鬆開並取下上層濾片鎖固環，放入濾片後再將橡膠墊圈，再置回鎖固環鎖緊。

3.安全警告：

請勿使用未經核可的電源。請使用 YODN 提供專用電源。

範圍為外部電壓輸入 100 ~ 240 VAC、電壓輸出 48 VDC、最大電流輸出 0.7 A。

注意：請勿開啟燈箱外殼或以任何方式變更外部裝置。開啟照明器外殼將使產品保固失效，因照明器外部沒有需維修或更換零件。

注意：請勿將裝有液體容器放置在光源箱上。溢出的液體可能會損壞光源箱。

注意：請勿將光源箱摔落或猛然施加外力。可能因跌落到堅硬表面上、外力撞擊、碰撞，而產生的震動使照明器內零組件造成損壞或錯位，導致功能失效。

4.客戶服務

產品相關的技術支援服務，請致電+886-3-5637218、發送電子郵件至 Sales@yodnlighting.com、網址 http://www.yodnlighting.com/contact_info 聯繫。

相關訊息可以在 YODN 網址 <http://www.yodnlighting.com> 查詢。



YODN WeChat



YODN Facebook